



CERTIFICADO DE ANALISIS

Producto TOLUENO A.C.S.

Calidad A.C.S

Lote 23C45

F. Liberación 16-mar.-23

Análisis # 0388-23

F. Fabricación 15-mar.-23

F. Caducidad 15-mar.-28

R E Q U E R I M I E N T O S		RESULTADOS
Ensayo	min. 99.5%	99.82%
Color (APHA)	max. 10	3
Residuo despues de evaporacion	max. 0.001%	0.0001%
Substancias obscurecidas por H ₂ SO ₂	Pasa la prueba	Pasa la prueba
Compuestos de azufre (como S)	max. 0.003%	0.001%
Agua (H ₂ O)	max. 0.03%	0.002%

I.Q.I. SALVADOR HERNANDEZ ARENAS
RESPONSABLE SANITARIO